



Strandmøllen
- din gasleverandør



STRANDMØLLEN

Lattergas 1990-2020

Forbruget af lattergas i DK har været jævnt faldende gennem de sidste 30 år

- Indtil medio 1990 anvendtes lattergas både til anæstesi (bedøvelse) og analgesi (smertelindring)
- 2 kendte bivirkninger vomiting og awareness, samt mere bevidsthed omkring omkring både arbejdsmiljø og miljøet generelt, gjorde at brugen af lattergas til anæstesi faldt kraftigt så det i dag næsten ikke længere anvendes i forbindelse med anæstesi
- I dag anvendes ren lattergas næsten udelukkende på fødeafdelinger til analgesi (smertelindring af fødende)



Blandingsprodukter 50% lattergas og 50% ilt

Dette produkt har gennem de sidste 10 år fået en stor renaissance og flere firmaer tilbyder dette produkt under forskellige handelsnavne som: LATOX, Livopan, Medimix og Kalniox

- Produktet anvendes udelukkende til analgesi behandling både til hjemmefødsler men ikke mindst til smertefulde undersøgelser hos børn.
- Bivirkninger ses sjældent i det behandlingstiden ofte kun er 10 til 15 minutter
- Arbejdsmiljøet er ej længere så stort et problem idet behandlingsvarighed kun er ca. 15 minutter hvor det tidligere i forbindelse med anæstesi kunne vare i op til 8 timer





Udsugning- Arbejdsmiljø/miljø

Udsugning fra begge produkter bør føres via AGS system enten til det fri for yderligere reduktion af arbejdsmiljø eller til en eventuel destructor for nedbrydelse af lattergassen af miljø hensyn (som er en aggressiv drivhusgas)

