

# **GRANZOW<sup>A</sup><sub>S</sub>**

## **EC Overensstemmelseserklæring**

**Producent:**

**Granzow A/S  
Ejby Industrivej 26  
2600 Glostrup  
Tlf. 43 20 26 00 Fax 43 20 26 99**

Erklærer hermed at det angivne udstyr er produceret i overensstemmelse med følgende anvisninger:

- EC Directive on machines (2006/42/EC).
- EC Low-Voltage Equipment guidelines (2006/95/EC)
- EC Directive on Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)

**Udstyrs type:**

**Centralt Vakuum System 802T14930 (AZM)  
SN: 1192-14-09, 1196-14-09, 1216-15-06, 1224-15-06**

Relaterede harmoniserede standarder:

- EN 1012, 1996 Compressors and vacuum pumps safety requirements Part 2: Vacuum pumps.
- EN 60204-1, 1997 Safety of machinery – electrical equipment of machines Part 1: General requirements.

Begrænsninger i anvendelsen:

- Dette centrale vakuumsystem er ikke bygget til at pumpe aggressive, brandbare, eksplosive gasser samt dampe og substanser, brandnærende eller oxyderende medier.
- Dette centrale vakuumsystem er ikke bygget til at arbejde i aggressive, brandbare eller eksplosive omgivelser.
- Dette centrale vakuumsystem er alene bygget for brug i overensstemmelse med intentionerne i EN 7396-1.

<b>Navn:</b>	<b>Martin Pejtersen</b>	<b>Steen Rasmussen</b>
<b>Titel:</b>	<b>Produktchef/Flowteknik</b>	<b>Distriktschef/Vakuumteknik</b>
<b>Dato:</b>	<b>04/10-2015</b>	
<b>Underskrift:</b>		